

105 年教育部國民及學前教育署補助

高級中等學校設備更新計畫

【充實基礎設備 成果報告】



(請使用申請學校校徽)

隸屬別：☒ 教育部國民及學教育署之【☒ 國立 ☐ 私立】學校
☐ 臺北市所屬之【☐ 市立 ☐ 私立】學校
☐ 高雄市所屬之【☐ 市立 ☐ 私立】學校
☐ 新北市所屬之【☐ 市立 ☐ 私立】學校
☐ 臺中市所屬之【☐ 市立 ☐ 私立】學校
☐ 其他 _____ 學校

學 校：國立臺南大學附屬高級中學 (校名)

校 址：臺南市永康區中山南路 948 號

填表人：教師兼實習處組長 李承毅 (簽章) 總務主任： (簽章)

主計/會計主任：教師兼實習處主任 蘇正任 (簽章) 校長：校長 邱敏捷 (簽章)
主計室 鄭瓊貞 106.3.29

中華民國 106 年 3 月 20 日

**105 年教育部國民及學前教育署補助高級中等學校設備更新計畫
國立臺南大學附屬高級中學充實基礎設備成果報表**

群別	科別	課程名稱	設備名稱	部定/校訂	需求類型	核定數量	核定金額	採購數量	採購單價	核定規格	實際採購規格	核定財產編號	校方財產編號
農業群	畜產保健科	營養與飼料實習	精密電子分析天秤	校訂	新增	2	80000	1	36500	1. 秤重範圍：210g2. 最小讀數：0.001mg3. 具有計算數量、百分比、配方秤重功能	稱重範圍：0~220g 扣重範圍：0~220g 最小讀數：0.0001g 重現性誤差： $\leq \pm 0.0001g$ 線性誤差： $\leq \pm 0.0002g$ 穩定時間： $\leq 3 \text{ sec}$ 秤盤尺寸：不銹鋼圓盤 $\varnothing 90 \text{ mm}$ 校正方式：1. 單鍵啟動外砝碼自動校正 2. 外部標準砝碼誤差測試 螢幕顯示：4.3 吋 WQVGA 彩色寬屏觸控螢幕 實體按鍵：具 6 個功能鍵提供快速執行開/關機、扣重/歸零、校正與列印等天平常用基本操作功能 自動歸零：1、3 個讀值範圍作自動歸零，或取消自動歸零功能 自動扣重：可啟用或關閉自動扣重功能 應用功能：1. 計算數量秤重功能 2. 百分比秤重功能 3. 比重直讀秤量功能 4. 動物秤量功能 5. 檢重秤量功能 6. 累加秤量功能	3100606-10	310060608 000036/
農業群	畜產保健科	營養與飼料實習	精密熱風循環烘箱	校訂	新增	1	51000	1	25000	1. 溫度範圍：室溫~250℃2. 容量：150 以上	方式：強制送風循環（水平式）使用溫度範圍：40℃ ~ 300℃（常用溫度 260℃ 以內）均溫性： $\pm 1.5\% \sim \pm 2\%$ 溫度控制穩定度： $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 內外箱材質：內材 SUS430，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 溫度控制系統：微電腦 P. I. D. 自動演算型溫度表 S. S. R 控制溫度設定方式：觸控方式：LED 數字顯示溫度表示方式：LED 數字顯示（同時雙顯示）測溫體：Pt 白金測溫體 觀測窗：雙層安全強化玻璃 5mm 厚，尺寸 W280XH280mm 計時器：數字顯示型，計時一到自動切斷電源，時間 99H59M 保溫材質：岩棉 安全裝置：自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源開關 送風馬達：1/8HP 產品規格：內部尺寸：W600XD500XH500mm 外部尺寸：W780XD610XH950mm 內容積：150L 電源：220V 50/60Hz	3100403-33	310040333 000012/

										重量：約85kg 高、低活動棚板固定架：棚板二片(鋼條狀)		
農業群	【綜高部】畜保健科	生物技術概論	解剖顯微鏡	部定	新增	6	360000	2	56000	可連接數位相機、螢幕，附連接器。總倍率達10x~1000x。 解剖顯微鏡規格： 1. 三目體視鏡體，傾角45° 2. 可調視度大視場平場目鏡 EW10x/22 3. 變倍物鏡 0.8x- 5.0x 4. 變倍比：6.3：1 5. 工作距離：115mm 6. 載物台插入圓板：直徑100mm透明玻璃盤/黑白雙面不透光板 7. 光源：反射光照明 100V-240V/LED透射光照明 100V-240V/LED 8. 加購20x目鏡，一對 9. 0.37倍固定式轉接環 10. 顯微鏡校準片 影像擷取系統規格： 1. 3.1M/AR0330(C)3百萬畫素 2. 感光元件尺寸：1/3" 3. 畫面更新率 / 解析度：27.3@2048x1534 53.3@1024x770 4. 可自動/手動設定曝光 5. 可自動/手動設定白平衡 6. USB3.0傳輸介面 7. 金屬外殼 8. 適合彩色穿透光影像與螢光影像擷取 9. 內附專業軟體影像擷取	3100708-155	3100708004 000112/3100708004 000113
農業群	畜保健科	禽畜保健衛生實習	恆溫培養箱	校訂	汰舊換新	1	50000	1	44000	1.溫度室溫~60℃(含以上) 2.容量200公升(以上) 3.含震盪裝置 4.活動式棚架 溫度範圍：室溫+5℃~60℃ 溫度控制器：微電腦 P.I.D. 自動演算功能，兩組字幕窗同時雙顯示 溫度控制穩定度：±0.1℃ 震盪速度：10~250r.p.m. 無段式可調整，電子IC回饋式控制 震幅：25mm 馬達：1/16HP循環裝置：微風扇循環，使內部溫度分布均勻 安全裝置：緩慢啟動安全裝置 震盪馬達：省電型無碳刷馬達，馬力足、體積小 內箱尺寸：W600xD500xH500mm 外箱尺寸：W710xD720xH830mm 震盪盤：W540xD440mm 內容積：150L 電源：110V/220V 燒杯容量：250cc x 約20支	3100403-30	310090847 000003/
農業群	【綜高部】畜保健科	動物保健實習	手術无影燈	部定	新增	1	50000	2	47250	1.四輪移動式帶剎車 2.升降高度：1150~1650cm 3.照度：80m/m、45,000Lux 4.全反射式冷光110V。 檢查燈具能靈活旋轉之關節軸，4個萬向輪均附有可上鎖煞車裝置，燈頭外緣兩側設有把手，照明控制面板設置於燈頭正前側，四段照度調整範圍為25%~100% 燈頭規格：光源：18顆LED燈泡 光學性能：色溫(K)：4200 距離燈頭一米處之最大照度	3110301-05	311030105 000001/311030105 000002

											(lux): 50,000 光斑尺寸 d10 (cm): 18 光斑尺寸 d50 (cm): 10 演色性指數 (CRI) ≥85 紅光指數 (R9) ≥85 輻照度/照度 (mW/ m2 lux): 3.7 最大照度下之總輻照度(W/m2): 185		
農業群	【綜高部】畜產保健科	動物保健實習	動物手術台	部定	新增	2	30000	1	10000	不鏽鋼製、四輪移動式帶剎車、上附點滴架 2 個, L1190cmx W520cmx H900cm。	長 120 X 寬 60 X 高 90cm 手術台面採用 1.0mm 不鏽鋼板 腳管採用 φ1.2" 不鏽鋼圓管 附四個高級 4" 煞車輪 附 IV 架 2 支 所有尺寸±5% 整體為不鏽鋼材質 附件: 不鏽鋼彎盆 (長:> 18 公分 寬: >9 公分 深:>2 公分) 3 個	3040401-16	311120142 000004/
農業群	【綜高部】畜產保健科	生物技術概論	大壁櫃	部定	新增	2	40000	3	18000	壁櫃大小依各校條件自訂, 材料須防腐, 防潮溼設計。	一. 櫃體設計: 1. 採 1mm(含) 以上米白色烤漆強化鋼板, 重疊式鋼鐵結構。 2. 門面採灰色塑框搭配置物盒以便管理存放物品, 3mm(含) 以上強化玻璃(2 門式)。每門皆可放置活動式置物盒(共 2 個活動置物盒), 門內及門外都可自由插放, 置物盒尺寸 W245*H103*D40mm。 3. 按壓把手附鎖及鑰匙。 二. 控濕系統: 1. 無風扇馬達。 2. 12 小時斷電, 仍能繼續"化學補位吸濕"使濕氣不上升。 3. 主機採耐熱高級 PPS 防火塑材機殼耐熱變形溫度 230℃ 以上, 附 SGS 檢驗證明。 4. 強力除濕主機只要一個, 尺寸 240*217*95mm。 三. 顯示方式: 1. 三位數高亮度 LED 數字顯示櫃內溫濕度; 溫濕度每 25 秒交換顯示, 抽取式面板置於櫃體右上方。 2. 濕度顯示值 0.1%至 99.9%RH; 溫度顯示值 0℃至 50℃。 3. 內鍵 Mini USB 接口, 可選購記錄收集器使用。 四. 溼度控制: 採微電腦 15~60%RH 可單點 1% 調整濕度。 五. 內附 3 片可調高低鋼製烤漆層板。 六. 除濕容積: 330 公升(含) 以上。	5010303-00A	501030301 000087/501030301 000089
農業群	【綜高部】園藝科	農園場實習	pH 計	部定	汰舊換新	1	25000	1	18000	盤面 96x 96mm。提供 pt100 及 pt1000 溫度電極選擇。	1. pH 測量範圍: 0~14.00 2. pH 解析度: + 0.01 3. pH 精度: + 0.01 4. mV 測量範圍 (mV): + 1500.0 5. mV 解析度 (mV): + 0.1 6. mV 精度 (mV): + 0.4 7. 溫度範圍 (℃): -5.0~105.0 8. 解析度 (℃):	3100801-02	310080102 000033/

									+0.19. 精度(℃):+0.210. 校正點(max):最多3種緩衝液 11. 自動識別緩衝液:16 種緩衝液 2、4、7、10、12、 1、3、6、8、10、13 1.68、 4.01、6.86、9.18、12.46 12. 介面:BNC 13. 顯示幕:LCD 14. 電源:AC適配器 15. 尺寸(mm):230×120×80 16. 配件:三合一塑膠電極 PY-ASI2 特點:1. 具自動溫度補償 2. 穩定符號,表示讀值已達穩定 3. 最多3點校正儲存 4. 同步顯示pH、溫度和緩衝液 5. 全自動顯示電極斜率及使用狀態 6. 直接以mV或pH方式讀取測量值 7. 自動識別3組16種緩衝液 8. 校正只需按一個鍵,穩定、快速		
農業群	【綜高部】藝園科	生物技術概論	可調式分注器	新增	1	30000	1	17000	≥10ml ~60ml。 範圍:5.00~50.00 ml 最小刻劃:1.00ml 再現性(D)	3100802-175	3100802175 000004/
農業群	【綜高部】藝園科	生物技術概論	高溫高壓殺菌釜	新增	1	150000	1	66988	內容量 60L, 1.5atm, 130℃,附定時器及蜂鳴器。 內鍋尺寸(公分):40直徑×66深(±1cm)外部尺寸(公分):56.5×68×113深(±1cm) 內容積(公升):82(含)以上 重量(公斤):85材質規格:鍋體-SUS 304 鍋蓋-SUS 304,油壓一體成型,一軸操作式。最高使用壓力:1.5kg/cm2 最高使用溫度:127℃ 電源:AC220V,4KW,30A,50/60HZ,無熔絲開關 迫緊帶-矽質一體成型。◎安全措施:溫度保護開關、壓力控制開關、安全閥、自動壓力門鎖、無水警告顯示器、過熱警告同時自動斷電、鍋門防爆系統、緊急洩壓裝置、自動控制設計符合CE安規系統 1.EN61010-2-040規定製作並經檢測通過經第三公證單位認可,投標時需檢附相關證明文件,以供審標。2.國內製造廠商須具備第一種壓力容器(夾套型、圓筒型)製造設施型式檢查證明,投標時檢附證明文件以備審查。	3019901-14	310110119 000002/

農業群	【綜高部】園藝科	生物技術概論	無菌操作台	部定	汰舊換新	2	180000	1	57988	3 呎，高效率過濾網、粒子0.3μm 均無法通過者。	1. 本體材質：1.2mm 鐵板烤漆塗裝，前蓋板 SUS304 不銹鋼材質 2. 工作枱面：SUS304 不銹鋼材質貼合 6 分木心板補強，前後為不銹鋼 衝孔網回風 3. 內部尺寸：560*1600*780mm(H*W*D) 4. 外部尺寸：2040*1600*780mm(H*W*D) 5. 高效率過濾網：24" 60" *3"1 片 6. 12" *12" *3"1 片 7. 以 D.O.P. 測試，過濾 0.3μm 以上之塵粒，效率高達 99.99% 以上，本體採陽極處理鋁框，且雙面具陽極處理保護鋁框，無木框受潮變形發霉之慮 8. 初級率網：16" *25" *1" *1 片，採用美國進口不織布吸濕材質，可過濾較大微塵，或鋁框顆粒活性炭，可兼具吸附異味及除臭之功能，延長 HEPA 壽命 9. 玻璃拉門：5mm 厚透明強化玻璃或 6mm 厚膠合玻璃 10. 清潔度：以微塵測試器於操作範圍內之任意點(含前後上下左右)測試，0.5μm 以上之塵粒數皆為零，符合聯邦 209E，最精密之等級標準 11. 風車/馬達：591，1/4HP，雙邊吸氣送風式，避震處理，震動小，噪音低 12. 照明：日光燈 20w * 2 支 殺菌燈 15w * 1 支 13. 平均風速：100±20FPM，三段速度可供調整 14. 計時器：累計操作時間，作為濾網是否須更換之參考 15. 電源：110V / 220V 16. 標準附件：1. 數字式計時器 *1 只 2. 雙連式電源插座 *1 個 3. 瓦斯烤克 *1 只 ※需改裝舊有設備，試俾	3101103-017A	3101103017 000015/
商業與管理群	【綜高部】資料處理科	程式語言與設計	個人電腦	部定	新增	28	700000	4	24707	具有中央處理器、主記憶體、鍵盤、滑鼠、硬碟、光碟機、記憶卡讀卡機、及顯示、音效、網路、USB 等介面，含顯示器、喇叭等。	一般型電腦第 6 代 Core i7 3.4GHz	3140101-03	314010103 001185/314010103 001188
商業與	資料處理科	多媒體	數位攝	校訂	新增	3	90000	2	15883	1. 具 FULLHD(AVCHD)錄影格式。2.	900 萬畫素高畫質彩色數位攝影機	3140308-15	314030815 000019/314030815 000020

管理群		製作與應用	影機						儲存媒體內硬碟或支援記憶卡。			
土木與建築群	【綜高部】 【高定】 【定】 【部】 【建】 【築】 【科】	材料與試驗	電動混凝土拌合機-材料與試驗用	汰舊換新	部定	1	45000	1	69000	1. 攪拌鼓容量:1/40m3(含以上)。2. 具省力傾倒方式。3. 轉速:40rpm(含以上)。 1. 攪拌鼓直徑 71±1 cm 口徑 42±1 cm 桶壁鋼板厚度:1.8mm 以上 2. 方向盤式減速齒輪傾倒 3. 攪拌鼓底部皮帶式傳動 4. 具二輪及拖曳桿方便移動 5. 轉速: 33±2 rpm/min 6. AC220V, 60Hz, 單相, 5.5A 7. 具接地線及緊急開關 8. 容量:190 公升 9. 尺寸:170×80×H140cm 以上 10. 重量:148kg 以上	3050301-01	305030101 000002/
土木與建築群	【綜高部】 【高定】 【定】 【部】 【建】 【築】 【科】	測量實習	自動水準儀	汰舊換新	部定	6	150000	5	33000	1. 放大倍率 24 倍(含以上)。2. 精度±10mm/km(含以內)。3. 具自動補償功能。4. 附箱尺 2 支、腳架 1 支。5. 附 TAF 國家實驗室精度校驗報告。 一. 望遠鏡 1. 長度:210mm(含)以上 2 物鏡口徑:40mm(含)以上 3. 倍率:32X(含) 4. 鏡頭分解力 3(含)以內 5. 視場角(在 100m):1°20(2.3m)(含)以上 6. 影像:正像 7. 最短焦距:0.3m(含)以內 8. 調焦裝置具同軸粗細(二段式)調節功能 二. 水準氣泡: 圓形氣泡靈敏度: 10/2mm(含)以內 三. 水平精度: 一公里往返測量誤差精度: 0.8mm(含)以內 四. 自動補償器系統: 1. 工作範圍: 15(含)以上 2. 設定精度:±0.3(含)以內 五. 防水等級:IPX6(含)以上 六. 原廠儀器箱、標準配件 七. 附件: 1. 鋁質三腳架 1 支(圓頂) 2. 箱尺 1 支:5M/3 節式(最小單位刻劃 2mm) 3. 40' 手持式箱尺氣泡 1 個	310060517	310060517 000018/310060517 000022
土木與建築群	【綜高部】 【高定】 【定】 【部】 【建】 【築】 【科】	設計與技術實習	工作桌	新增	部定	12	240000	8	19200	1. 桌面面積約: H80cm×W150cm×D 75cm(以上)。2. 桌面厚度 6cm 以上 3. 桌面平均荷重可達 1000kg 以上。4. 需配有電器插座乙座以上(含電源線路配置及安裝運送)。5. 需具調整腳水平設計。6. 需附木工虎鉗 4 組。其他注意事項: 1. 投標時應檢附原廠儀器型錄,規格部分請以色筆標示,並加註規格編號;參加投標之貨品如為外國產品,應標示符合規範處之中文 1. 桌面長×寬×高約: H80cm×W150cm×D 75cm(以上)。2. 桌面厚度 6cm 以上 3. 桌面平均荷重可達 1000kg 以上。4. 需配有電器插座乙座以上(含電源線路配置及安裝運送)。5. 需具調整腳水平設計。6. 需附木工虎鉗 4 組。其他注意事項: 1. 投標時應檢附原廠儀器型錄,規格部分請以色筆標示,並加註規格編號;參加投標之貨品如為外國產品,應標示符合規範處之中文	5010302-02	301320883 000046/301320883 000053

[illegible]

	科	實習								離：550mm（含以上）。	格證明。二、橫向進給台、鞍座滑動面需自動強制潤滑（可調整油量大小及關閉），內部螺桿須具備浸油模式。三、主軸箱內齒輪需用鉻鉬合金鋼（SCM-21）經滲碳淬火處理，並精密研磨而成。四、齒輪箱內之齒輪需熱處理硬化，並經研磨。連續迴轉式車牙10段變換裝置。五、腳座一體鑄造成型。六、具有腳踏煞車及緊急停止功能。七、電氣迴路控制裝置原廠設計裝配、不可任意改裝。詳細規格表 項次 功能 規格 備註（1）床面上最大旋徑420mm（含）以上（2）兩心間距離560mm（含）以上（3）主軸鼻端 A1-6（4）主軸孔徑58mm（含）以上（5）主軸孔斜度 MT#6（6）主軸轉速範圍20（含）以下~2000R.P.M（含）以上（7）公英制共用牙箱 公制螺紋範圍 Pitch0.5（含）以下~6mm 或更廣 英制螺紋範圍4~54牙/吋或更廣（8）縱向自動進刀範圍0.05~0.7mm 或更廣（9）橫向自動進刀範圍縱押送之1/2 或更廣（10）導螺桿直徑35mm（含）以上（11）導螺桿節距6mm（12）尾座頂心斜度 MT#4（13）尾座心軸行程125mm（含）以上（14）尾座心軸直徑58mm（含）以上（15）主軸馬達（220V）5HP（東元或大同）（16）底座佔地長1650mm（含）以下（17）總重量1500kgs（含）以上 二、小檔板+圖表架 -----1組三、直裝四爪夾頭10" 台製，公進廠牌-----1組四、固定頂心 MT#4 -----1支五、工具箱（電工十字一字起子各一支，油槍一組，其它維修工具）		
農業群	【綜高部】 園藝科	生物技術概論	植物生長箱	部定	新增	1	200000	1	225000	容積 240~700L，溫溼度、光線控制設計。	溫度使用範圍：0℃~45℃。 濕度使用範圍：50%~85%RH。 溫度穩定度：±0.2℃ at 25℃。 濕度穩定度：±3.0%RH at 80%。 溫度控制器：具日夜模式、微電腦PID控制器，SV值PV值同時顯示。具自動演算、校正補償、輸出	3100403-30	310040330 000007/

[illegible]

										250mm×300mm (含以上)。			
農業群	【綜高部】畜保健科	生物技術概論	離心機(生物技術)	部定	新增	1	70000	1	47500	轉速 18000rpm。時間 設定：1~99 分 或連續。免保養 無碳刷式馬達 驅動微電腦控 制系統。具自動 轉子識別及不 平衡檢測。高強 度的轉子材料 可耐受清潔及 高溫高壓滅菌 消毒。	數位型離心機 Model： CN-2200 定時器：99min 59sec 轉速：1000 ~ 8000 rpm 離心力：Max. 6660 x g 尺寸：W290 × D320 × H250 mm 電源：AC110 50/60Hz 特 點：1. 數位式轉速及時間顯 示 2. 10 組記憶系統，可預 先設定常用參數 3. ABS 塑鋼 外殼及觀測視窗 附件：Rotor 15mL*8 …1 SET Rotor 50mL*4 …1 SET Maker： Taiwan	3012603-01	311110109 000004/
食品群	【綜高部】食品加工科	食品化學與分析實習	廢液回收設備	部定	新增	1	100000	1	71250	廢液存放櫃，櫃 體材質：抗強酸 強鹼，耐衝擊， 可抽氣。	1. 櫃體材質：採用 PVC 硬殼發 泡板(白色)厚度 18 mm 承製， 抗強酸鹼、化學藥品、耐衝 擊、防水、防潮、防焰、不自 燃、具半永久性。 2. 廢液推 車：厚度 5~10mm 硬質塑膠板 製，抗強酸鹼、化學藥品、耐 衝擊、防水、防潮、不自燃、 具半永久性。櫃體內部設 3 台推車，每台推車可容納 20L 廢液桶 2 桶，附防漏盛盤以 6m/m 厚 PP 板製作，四周密 合，廢液不外漏。推車板面設 紅色旋轉板鎖及手把各 1 組，櫃底前端設有斜坡，使用 時更為便利。 3. 耐酸鹼 PP 一體成型抽排風機 1 台：(開 標時需附第三公正單位風量 測試證明供審，流量 35.7CFM)。(A)流量 35.7CFM (B) 噪音質：40db (C) 消 耗功率：16.6W (D) 電流 0.197A (E) 使用電源：110V 60Hz。 4. 定時器：固定時間 定時運轉：抽氣 0~6 分鐘自由 設定，停止間隔 0~60 分鐘自 由設定 1 台。 5. 電源開關 1 組、啟動指示燈 1 組、真空保 險絲 1 組、電壓 110V。 6. 配 置穩壓電源供應器一組 採用 CE 安全進口製品電源槽管 (1) 尺寸：110*50*200 mm(± 3mm)採雙面導圓。採用鋁鎂矽 合金材質。(2) 線槽面板固 定，表面不得採用螺絲打孔， 保持完整性，插座採用萬用接 地型 插座。(3) 電源槽管 採耐酸鹼、耐熱、耐候、耐衝	3120304-21	312030421 000001/

									特殊電熱線，配合耐熱振磁礙絕緣。十二、爐門把手：特製不鏽鋼烤漆把手，鋁合金壓鑄把手座。十三、爐體：組合系統式結構。十四、爐門後鈕：全不鏽鋼製，永不斷裂。十五、板金：整台電腦程式加工，精密度高。十六、輪子：大型前活動煞車輪，移動輕便。十七、烤皿架型腳架，5層式共可容納46cm*66cm烤皿。十八、採用陶瓷製電源接線端。十九、採用上火沖孔鍍鋁鋼板防銹，烘焙物著色均勻。二十、全部最佳品質，標準配件。二十一、配件(1)出爐鏟，大支1支，(2)含入爐架帆布輸送帶*1組。二十二、含安裝、試車完成，蒸汽管配置完成。二十三、將舊烤箱運至1樓工廠。			
食品群	【綜部】高定食加工科	食品微生物實習	自動微量吸管	部定	新增	2	60000	2	33250	含 2-20 μ L、20-200 μ L、100-1000 μ L 三種規格 含 2-20 μ L 刻度 0.0ul、20-200 μ L 刻度 1.0 ul、100-1000 μ L 刻度 10.0ul、1000-5000 μ L 刻度 10.0ul 四種規格 1. 符合人體工程學的外形和重量輕 2. 堅固和穩定的結構 3. 優化的彈簧力，舒適的移液 4. 卡尖彈射不銹鋼 5. 適用於大多數槍頭品牌 6. 在 121℃ 下完全可高壓滅菌 7. 含架子*1 個/Tip20ul*1 包 1000 支/ Tip 200ul*1 包 1000 支/ Tip 1000ul*1 包 1000 支/ Tip 5000ul*1 包 250 支 8. 開標需附型錄 備註：經費結餘款添購一支 金額 11800 元 財編 3101103104 000002	3101103-341	3100802175 000005/

--105 年教育部國民及學前教育署補助高級中等學校設備更新計畫--

設備更新使用成效：

請詳述設備的實際使用狀況，如：該設備在課程上的操作運用、成效等等。

【綜高部定】建築科
1.自動水準儀 增加測量實習課程中之設備，學生透過儀器的操作能更加了解課程中「水準測量」的原理與技能，有效提升學生專業技能。2.精密電子經緯儀 增加測量實習課程中之設備，學生透過儀器的操作能更加了解課程中「角度測量」的原理與技能，有效提升學生專業技能。3.電動混凝土拌合機 增加工程材料課程中材料試驗實習設備，使學生於混凝土試體製作實習中，備料準備能更加流暢，有效提升教學品質。4.工作桌 增加 107 新課綱課程急需設備清單中，部訂必修「設計與技術實習」之設備，以增加學校實習課程能量，使學生有更豐富的學習資源。
【綜高部定】食品加工科
1.自動微量吸管：使用情形:本設備於實驗中添加微量藥品時使用，效益:(1)可加快操作速度，提高實驗流暢度，節省時間(2)本儀器精確度高，有助提高實驗數據之正確性2.廢液回收設備：使用情形:本設備用於回收實驗廢液，效益:本設備有助於廢液分類回收及儲存，以利後續之專業處理程序3.微量吸管：使用情形:本設備於實驗中添加微量藥品時使用，效益:(1)可加快操作速度，提高實驗流暢度，節省時間(2)本儀器精確度高，有助提高實驗數據之正確性
【綜高部定】畜產保健科
1.數位式離心機：主要用於生理解剖課程、動物保衛課程、農業類技藝競賽及科展等訓練活動，主要用途有血液離心、菌液離心、飼料混合液離心及各式樣品離心，可供學生觀察血液組成、採集菌種、分析飼料組成或樣式實驗樣品收集。2.手術無影燈 解剖及保健課程用。3.動物手術台 解剖及保健課程用。4.解剖顯微鏡 增強生命科學及飼料鏡檢螢幕呈現教學效果，並易於保存。5.大壁櫃 擺置貴重教學儀器及藥品恆溫保存。
【綜高部定】園藝科
1.PH 計 已多次用於培養基製作時檢測校正2.可調式分注器 已多次用於培養基裝填3.高溫高壓滅菌釜 已多次用於操作器具及培養基的高溫消毒滅菌用4.無菌操作台(五呎) 每周課程正常使用中5.植物生長箱 正常使用於組織培養實驗試管作物6.微波爐 已多次使用於實驗藥品加熱及培養基製作
【綜高部定】製圖科
1.高速車床 高速車床購入後，目前用於訓練機械加工丙級檢定，後續預計在機械基礎實習課教導學生使用。本機器用在車床加工之切斷、切槽、自動進給及車牙等加工，因具有較大的重量，加工時不易震動，能有較好的切削效果。2.坩鍋爐 本機台用於鑄造實習中，規劃為上學期機械基礎實習使用。另外在下學期五月亦會規畫半天的三年級鑄造體驗課程。目前為課程準備，正積極測試中，鑄解鋅錠約 20 分鐘內可完成。
資料處理科
1.數位攝影機 數位攝影機用在多媒體課程的影片拍攝，在添購新機增加數量之後，學生可以有更多機會實際操作，不必為了排隊等待攝影機而浪費時間。分組實作時，可以分成更多小組，每組人數較少，增加學生輪流操作實習的機會。

--105 年教育部國民及學前教育署補助高級中等學校設備更新計畫--

實際使用照片：

一件設備請上傳一張實際使用中(課程使用中)情形之照片。



精密電子分析天秤



精密熱風循環烘箱



解剖顯微鏡



恆溫培養箱




手術無影燈




動物手術台



大壁櫃



pH 計



可調式分注器



高溫高壓殺菌釜



無菌操作台



個人電腦



數位攝影機



電動混凝土拌合機-材料與試驗用



自動水準儀




工作桌



精密電子經緯儀



微波爐



高速車床



植物生長箱



坩埚電阻爐



離心機(生物技術)



廢液回收設備



蒸氣烤箱



自動微量吸管